



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM  
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE  
BİYOLOJİK ÜRÜNLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
15/06/2020 16:24 / 80962070 / 501.06.01 / 1123



00119049275

Sayı : 80962070-501.06.01  
Konu : Genkord-Değerlendirme Sonuç  
Raporu



## TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA

09.01.2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği” gereğince yapılan tıbbi cihaz tanımlarına göre imalatçısı tarafından COVID-19 enfeksiyonunu teşhise yönelik piyasaya arz edilen kitler in vitro tıbbi tanı cihazı olarak değerlendirilmekte olup mezkûr ürünlerin ilgili yönetmeliğin gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir.

COVID-19 tanısında kullanılan kitlerinin, yeni geliştirilmiş olması ve yeterli sayıda klinik numune ile test edilmemesi gibi teknik güçlüklerle bağlı olarak, belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırma olasılığı nedeniyle halk sağlığının korunması ve COVID-19 Pandemisinin yayılmasının önüne geçilebilmesi için bu tanı kitlerinin UTS kayıtları ve ithalatı TİTCK ön iznine bağlanmıştır (02.14.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete; “Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ”). Bu kapsamda; TİTCK tarafından 03.04.2020 tarihli ve 48535386-511-E.85079 sayılı yazı ile COVID-19 tanı kitlerinin hastalığın tanısında etkin olup olmadığının tayinin yapılması yetkisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. TİTCK tarafından Covid-19 tanı kitlerinin ÜTS’ye kayıt işlemleri sürdürülürken, ürünlerin temel güvenilirlik ve performans parametreleri açısından yönetmelik gerekliliklerini karşıladığını gösterir karşılaştırılmalı uygunluk testleri Tarafımızca yapılarak

sonularının bildirimini ÜTS'ye kaydı yapılmak için TİTCK'ya bildirilmesi istenmiştir.

COVID-19 moleküler tanısında kullanılmak üzere STR Biyo Teknolojileri firması tarafından getirilen Genkord Covid-19 Antikor Test Kiti; COVID-19 şüpheli hastalara ait klinik örnekler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Çalışma sonuçları COVID-19 Rt-qPCR tespit kiti ile karşılaştırılmış sonuçlara göre, bahsi geçen Genkord Covid-19 Antikor Test Kitinin teknik olarak kullanıma uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır.  
Do. Dr. Fatih KARA  
Genel Müdür

Ek: Başvuru Dilekesi ve Analiz Ücreti Dekontu

Not: Bu yazı sadece TİTCK ÜTS kaydı için olup başka amaçla kullanılamaz.